

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2503560**Référence****MC3104252500****Nom****Mélange acetonitrile/eau 50/50 vol/vol****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre Brun 2,5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
29/10/2025	12 Mois	29/10/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
500ml Acetonitrile HPLC Ref Prolabo 20060
500ml Eau pour HPLC super gradient Ref VWR 83650

Date**03/11/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité