



**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

**2503584**

**Référence**

**89047360**

**Nom**

**Electrofericyan**

**PRODUCTION**

**Conditionnement** Jerrican PEHD Fluoré 5 litres homologué UN

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péréemption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 30/10/2025         | 12 Mois              | 30/10/2026                                       |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:  
7 g Potassium Ferricyanure Ref Merck 1.04973  
5,4 g Chlorure de Sodium Ref Merck 1.06404  
4 ml Manoxol OT (Solution 5%)  
QSP1000 ml eau désionisée

| Date              | Visa                                     |
|-------------------|------------------------------------------|
| <b>03/11/2025</b> | <b>LE RESPONSABLE DU<br/>LABORATOIRE</b> |