

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2503671**Référence****MC3112881000****Nom****Solution étalon carbone COT 300 mg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
06/11/2025	12 Mois	06/11/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
0,6376 g Potassium hydrogénophthalate ref Merck 104874
QSP 1000 ml eau désionisée
soit une concentration COT de 300 mg/l

Date**17/11/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité