

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2503686**Référence****MC3105181000****Nom****Solution étalon carbone COT 75 mg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
07/11/2025	12 Mois	07/11/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
0,1594 g Potassium hydrogénophthalate ref Merck 104874
QSP 1000 ml eau désionisée
soit une concentration COT de 75 mg/l

Date**17/11/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité