

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2503718**Référence****MC311080.5000****Nom****Solution de citrate d'ammonium neutre pH=7****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
12/11/2025	12 Mois	12/11/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
185 g Acide citrique ref Prolabo 20276
100 ml Ammoniaque 25% Ref Merck 5432
QSP 1 000 ml eau désionisée
pH ajusté à 7 avec Ammoniaque 25%

Date**17/11/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité