

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2503734**Référence****85322360****Nom****Tampon acetate dosage du fluor****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
13/11/2025	12 Mois	13/11/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
160 g Sodium acetate trihydraté Ref VWR 27652
160 g Acide citrique monohydraté Ref VWR 20276
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**17/11/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité