

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2503737**Référence****87180260****Nom****Electrolyte étalon solution KCl 0.001 M****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
13/11/2025	12 Mois	13/11/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
0,07455 g potassium chlorure Ref VWR 26764
QSP 1000 ml eau désionisée
Soit une concentration de 0,001 mol/l

Date**17/11/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité