

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2503778**Référence****85372290****Nom****Tampon K10****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
18/11/2025	12 Mois	18/11/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
54 g Ammonium chlorure Ref Merck 101145
87,5 ml Ammoniaque Ref Merck 105432
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**25/11/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité