

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2503786**Référence****89110180****Nom****Nital 4 % dans l'éthanol absolu****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon pissette PEBD incolore 100 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
18/11/2025	24 Mois	18/11/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
-966 ml ethanol absolu ref Prolabo 20821
- 34 ml acide nitrique 65% ref Merck 1.0456

Date**25/11/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité