

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2503790**Référence****90467290****Nom****CES 5X****PRODUCTION****Conditionnement** FLACON NALGENE STERILE 1 L, PE-HD

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
18/11/2025	1 Mois	18/12/2025

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
6,10 g L-glutamic acide Ref Merck 1.00291
11,10 g L-sodium glutamate monohydraté Ref Merck 1.06445
350 g Trehalose dihydraté Ref VWR 28719
QSP 1000 ml eau désionisée
pH=4,4 +/- 0,1ajusté avec sodium hydroxyde 5N
Filtration 0,22 µ

Date**25/11/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité