

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2503791**Référence****85595290****Nom****Ammonium solution étalon à 20 mg/l en N****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
19/11/2025	3 Mois	19/02/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
0,0766 g Ammonium Chlorure Ref Merck 101145
QSP 1000 ml eau désionisée
Soit une concentration de 20 mg/ NH₄-N

Date**25/11/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité