

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2503930**Référence****MC3138810500****Nom****Solution étalon carbone COT 100 mg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
02/12/2025	12 Mois	02/12/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
0,2125 g Potassium hydrogénophthalate ref Merck 104874
QSP 1000 ml eau désionisée
soit une concentration COT de 100 mg/l

Date**09/12/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité