

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

2503948**Référence****88683180****Nom****BUFFER pH 8,3****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 100 ml DIN32

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
03/12/2025	12 Mois	03/12/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
5g Sodium tetraborate réf merck 1.06308
2g Acide borique réf merck 1.00165
QSP 1000 ml eau désionisée
pH (20°C) = 8,3

Date	Visa
09/12/2025	LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE