

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2504021**Référence****90364290****Nom****Solution Molybdate 1****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre Brun 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
09/12/2025	12 Mois	09/12/2026

CONFORMITE


Conforme au mode opératoire:

13 g Ammonium heptamolybdate tétrahydraté Ref VWR 21276

0,35 g Potassium antimoine tartrate pentahydraté Ref VWR 21486

150 ml acide sulfurique 95 % Ref VWR 20700

QSP 1000 ml eau désionisée

Date**08/01/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité