

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2504028**Référence****89925360****Nom****Ammoniaque 25% solution à 20 ml/l****PRODUCTION****Conditionnement** Jerrican PEHD incolore 5 litres DIN51

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
10/12/2025	12 Mois	10/12/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
20 ml ammoniaque 25 % ref Prolabo 1133
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**08/01/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité