

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2504041**Référence****897759168****Nom****Alliage non cuivreux / 3 acides****PRODUCTION****Conditionnement** Fût PEHD Bleu 220 litres 2 Bondes

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
11/12/2025	12 Mois	11/12/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
30 ml Acide fluorhydrique 40 % Ref VWR 20307
328,18 ml Acide Nitrique 65 % Ref Merck 100456
341.82 ml Eau désionisée
Mélange à reconstituer avec 300 ml d'acide chlorhydrique 37 % livré/vendu à part

Date**15/12/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité