

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2504062**Référence****MC3105061000****Nom****Solution étalon hydrazine 1000 mg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
12/12/2025	12 Mois	12/12/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
4,063 g Hydrazine sulfate ref Merck 104603
QSP 1000 ml eau désionisée
Soit une concentration en Hydrazine de 1 g/l

Date**08/01/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité