

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2504088**Référence****90314300****Nom****Etalon TH 1°F****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD BLANC Fluoré 2 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
15/12/2025	12 Mois	15/12/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire :
4 ml Étalon de calcium 1000 mg/l Ref Merck 19778
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**08/01/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité