

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2504098**Référence****89982320****Nom****Solution acide chlorhydrique pH3****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 2,5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
16/12/2025	12 Mois	16/12/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
10 ml acide chlorhydrique 0,1N Ref Prolabo 31955
QSP 1000 ml eau désionisée
pH ajusté à 3,00 +/- 0,1

Date**08/01/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité