

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2504102**Référence****90488290****Nom****PF-RG****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre Brun 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
16/12/2025	12 Mois	16/12/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
8,4 g Lithium hydroxyde 1H₂O Ref ALFA43171
30 ml Ethanol absolu Ref VWR 20821
4 ml Solution de Brij35 (Ref Merck 101962) à 10%
0,1 ml Acide Caprylique Ref ALFA A11149
QSP 1000 ml eau HPLC Ref VWR 83650
Filtration 0.2μ

Date**08/01/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité