

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2504116**Référence****89538360****Nom****Solution de fluoresceine à 2% M/V****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
17/12/2025	12 Mois	17/12/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
20 g Fluoresceine Sel de Sodium Ref prolabo 26098
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**08/01/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité