

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2504158**Référence****MC3110270100****Nom****Indicateur mixte au méthyl orange****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 100 ml DIN32

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
19/12/2025	12 Mois	19/12/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
0,2 g Méthyl orange 0,2 g REF Merck 101322
1 g Vert de bromocresol REF Merck 108121
20 ml Soude 0,1 N Ref VWR 31770
QSP 1 000 ml eau désionisée

Date**08/01/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité