

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2600014**Référence****MC3114631000****Nom****Solution étalon silice 40 µg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
06/01/2026	1 Mois	06/02/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
0,0187 g Etalon Silicium 1000 mg/l Si Ref Merck 112310
QSP 1000 ml eau désionisée
Soit une concentration de 40 µg/l SiO₂

Date**12/01/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité