

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2600043**Référence****90489320****Nom****N-Heptadécane 0.5 g/l dans le N-hexane****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre Brun 2,5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
07/01/2026	12 Mois	07/01/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire :
0.5 g N-Heptadécane 99,5% Ref ALFA44514
QSP 1000 ml N HEXANE HPLC Ref VWR 24575

Date**12/01/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité