

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2600045**Référence****85412260****Nom****Etalon phosphates 20 mg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
08/01/2026	3 Mois	08/04/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
20 ml Etalon phosphate 1000 mg/l Ref Merck 119898
QSP 1000 ml eau désionisée
Soit une concentration de 20 mg/l

Date**12/01/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité