

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2600090**Référence****90343290****Nom****Ammonium stock solution 1000 ppm****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
12/01/2026	12 Mois	12/01/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
3,146 g Ammonium chloride Ref Merck 101145
0,3 ml acide chlorhydrique 5 N Ref VWR 30018
QSP 1000 ml Brine solution (320 g Sodium Chlorure Ref Prolabo 27810, QSP
1000 ml eau désionisée)
La solution peut présenter un précipité

Date**19/01/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité