

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2600091**Référence****90344290****Nom****Ammonium High calibration standard****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
12/01/2026	12 Mois	12/01/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
4 ml Ammonium stock solution 1000 ppm
QSP 1000 ml Brine solution (320 g Sodium Chlorure Ref Prolabo 27810, QSP
1000 ml eau désionisée)

Date**19/01/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité