

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2600095**Référence****89512290****Nom****Tampon pH 2 selon norme NF T90-431 (à filtrer)****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre Brun 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
13/01/2026	12 Mois	13/01/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
14,91 g Potassium chlorure Ref Prolabo 26764
55,6 ml Acide Chlorhydrique 0,2 N
QSP 1000 ml eau désionisée
pH = 2,0 +/- 0,1

Date**19/01/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité