

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2600109**Référence****MC3068170500****Nom****Mercure chlorure 5,4%****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
14/01/2026	12 Mois	14/01/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
54 g Mercure (II) Chlorure Ref VWR 25384
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**19/01/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité