

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2600121**Référence****87742260****Nom****Acide fluorhydrique en solution 0.02 mol/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEBD 500 ML col large

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
14/01/2026	12 Mois	14/01/2027

CONFORMITE

0,01996 -->0,02004 mol/l

Date**19/01/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité