

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2600128**Référence****MC3105701000****Nom****Solution étalon TAC à 20 °F****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
15/01/2026	12 Mois	15/01/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
0,336 g Sodium hydrogénocarbonate Ref VWR 27778
QSP 1 000 ml eau désionisée

Date**19/01/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité