

**CERTIFICAT D'ANALYSES**


Numéro de Lot

**2600159****Référence****85114290****Nom****Solution étalon carbone COT 2000 mg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péréemption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 19/01/2026         | 12 Mois              | 19/01/2027                                       |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:  
4,25 g Potassium hydrogenophthalate Ref Merck 104874  
QSP 1000 ml eau désionisée  
soit une concentration COT de 2000 mg/l

**Date****26/01/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité