

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

2600170**Référence****5820.2500****Nom****Solution Tampon MES/TRIS pH=8.2 à 24°C****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 2,5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
20/01/2026	2 Mois	20/03/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:

Acide morpholino2ethanesulfonique monohydraté réf merck 1.06126 9,760g

Tris(hydroxyméthyl)aminométhane réf Merck 108382 6,060 g

Eau purifiée 984 ml

pH (24°C)= 8,21

Specifications

8,18 --> 8,22

Date	Visa
26/01/2026	LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE