

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2600172**Référence****88619360****Nom****Phase mobile pour HPLC****PRODUCTION****Conditionnement** Jerrican PEHD BLANC 5 litres DIN45

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
20/01/2026	12 Mois	20/01/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:

17,30 g Ammonium Dihydrogenophosphate PA Ref VWR21305

QSP 1000 ml eau désionisée

pH=3,00 +/- 0,05

pH mesuré (20°C) = 3,01


Filtration 0,22 µ

17,30 g Ammonium Diwaterstoffosfaat PA Ref VWRC21305*

Aanlengen tot 1000 ML met gedesoniseerd water

pH=3,00 +/- 0,05

Filtratie 0,22 µ

Date**26/01/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité