

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2600180**Référence****89880290****Nom****Tampon TH****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
20/01/2026	12 Mois	20/01/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
54 g Ammonium chlorure réf Merck 101145
12,48 g Cuivre Sulfate 5H₂O Ref Prolabo 23174
18,809 g EDTA Sel trisodique Ref ACROS 147865000
350 ml Ammoniaque 25 % réf Merck 105432
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**26/01/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité