

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2600190**Référence****89110180****Nom****Nital 4 % dans l'éthanol absolu****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon pissette PEBD incolore 100 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
21/01/2026	24 Mois	21/01/2028

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
-966 ml ethanol absolu ref Prolabo 20821
- 34 ml acide nitrique 65% ref Merck 1.0456

Date**26/01/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité