

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2600210**Référence****85491290****Nom****Solution étalon carbone COT 50 mg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
22/01/2026	12 Mois	22/01/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
0,1063 g Potassium hydrogénophthalate ref Merck 104874
QSP 1000 ml eau désionisée
soit une concentration COT de 50 mg/l

Date**26/01/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité