

**CERTIFICAT D'ANALYSES**


Numéro de Lot

**2600227****Référence****89512295****Nom****TAMPON PH 2 selon Norme NF T90-431 (A autoclaver)****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon Borosilicaté Schott 1 l + Bouchon

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péréemption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 23/01/2026         | 12 Mois              | 23/01/2027                                       |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:  
14,91 g Potassium chlorure Ref Prolabo 26764  
55,6 ml Acide Chlorhydrique 0,2 N  
QSP 1000 ml eau désionisée  
pH = 2,0 +/- 0,1

**Date****26/01/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité