

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2600249**Référence****85113180****Nom****Solution étalon carbone COT 1000 mg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 100 ml DIN32

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
27/01/2026	12 Mois	27/01/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
2,125 g Potassium hydrogenophthalate Ref Merck 104874
QSP 1000 ml eau désionisée
soit une concentration COT de 1000 mg/l

Date**03/02/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité