

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2600258**Référence****88904260****Nom****Orthophenantroline à 0,2%****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
28/01/2026	12 Mois	28/01/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
2g orthophenantroline réf merck1.07225
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**03/02/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité