

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2600264**Référence****89870290****Nom****Solution tampon de sörensen****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PR MILIEU DE CULTURE 1L, PET

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
28/01/2026	12 Mois	28/01/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Disodium hydrogénophosphate Ref Merck 106586 9,7146 g
Potassium dihydrogénophosphate Ref Merck 104873 1,6522 g
QSP 1000 ml eau désionisée
pH=7,40 +/- 0,02
Filtration 0,2 µ
Solution Non stérile

Date**03/02/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité