

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2600290**Référence****89925360****Nom****Ammoniaque 25% solution à 20 ml/l****PRODUCTION****Conditionnement** Jerrican PEHD incolore 5 litres DIN51

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
30/01/2026	12 Mois	30/01/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
20 ml ammoniaque 25 % ref Prolabo 1133
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**03/02/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité