

**CERTIFICAT D'ANALYSES**


Numéro de Lot

**2600327****Référence****90187320****Nom****BUFFER 0,5M pH6 (PDF)****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre Brun 2,5 litres

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péréemption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 02/02/2026         | 6 Mois               | 02/08/2026                                       |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:  
20,6 g DI-SODIUM HYDROGENOPHOSPHATE 2H<sub>2</sub>O Ref Merck 106580  
137,8 g SODIUM DIHYDROG.PHOSPHATE 2H<sub>2</sub>O Ref VWR 28014  
QSP 2000 ml eau désionisée  
Filtration 0,45 µ  
pH mesuré= 5,64

**Date****10/02/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité