

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

**2600328****Référence****90180290****Nom****TAMPON FFGP AS****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre Brun 1 litre

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péréemption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 02/02/2026         | 6 Mois               | 02/08/2026                                       |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:  
19 g SODIUM METHANESULFONATE 98% ref ALFAB22439  
QSP1000 ml eau désionisée  
Filtration 0,45 µ

**Date****10/02/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité