

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2600338**Référence****89528320****Nom****Titrant brome 0,078M****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre Brun 2,5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
03/02/2026	12 Mois	03/02/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
4 ml Brome Ref ALFA 00905
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**10/02/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité