

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2600343**Référence****88078.300****Nom****Etalon silice 214 ppb****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD BLANC Fluoré 2 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
03/02/2026	1 Mois	03/03/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
0,1000 g Etalon Silicium 1000 mg/l Si Ref Merck 112310
QSP 1000 ml eau désionisée
Soit une concentration de 0,214 mg/l SiO₂

Date**10/02/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité