

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2600418**Référence****90137365****Nom****Hydroxylamine chlorure 7g/l en sol. Aqueuse****PRODUCTION****Conditionnement** Cubitainer plastique 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
10/02/2026	12 Mois	10/02/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
7 g HYDROXYLAMMONIUM CHLORURE ANALAR NP R.PE VWRC24708
100 ml ACIDE CHLORHYDRIQUE 2 MOL/L 2 N VWRC30025
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**16/02/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité