

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2600425**Référence****87022290****Nom****Etalon silice 25µg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
10/02/2026	1 Mois	10/03/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
0,01169 g Etalon Silicium 1000 mg/l Si Ref Merck 112310
QSP 1000 ml eau désionisée
Soit une concentration de 25 µg/l SiO₂

Date**16/02/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité