

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2600490**Référence****90258360****Nom****Test sulfate de cuivre/HCl****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
16/02/2026	12 Mois	16/02/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
285 g Sulfate de cuivre réf PROLABO 23165
120 ml Acide chlorhydrique 37 % réf VWR 20252
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**16/02/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité