

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2600492**Référence****89617360****Nom****Mélange acetone eau avec bleu de bromophenol 0,02g/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
16/02/2026	12 Mois	16/02/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
980 ML Réf VWRC20066* ACETONE
20 ML eau désionisée
0,02 g BROMOPHENOL BLUE Réf VWRC0449

Date**23/02/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité